

TABELLA PUNTEGGI VALUTAZIONE QUALITATIVA

HPLC con detector a triplo quadrupolo dotato di sistema di preconcentrazione SPE on line e autocampionatore					Punti (val.pond.)	Sez. 18.02 del Disziplin.
Criteri		Criteri motivazionali	Pun. max	Riferimento		
Qualità tecnico funzionali dell'apparecchiatura proposta, rilevabili dai depliant illustrativi e schede tecniche della strumentazione offerta e dalle voci del Questionario Tecnico Allegato C.	HPLC	Saranno valutate le prestazioni in riferimento alle caratteristiche tecniche minimali e necessarie indicate negli atti di gara. Saranno, inoltre, valutate tutte le caratteristiche addizionali e giudicate migliorative non esplicitamente richieste come necessarie.	56	dal punto 1 al punto 19	10	A
	Autocampionatore per iniezioni di liquidi e sistema di preconcentrazione			dal punto 20 al punto 41	10	B
	Detector MS MS			dal punto 42 al punto 59	26	C
	Software			dal punto 60 al punto 70	6	D
	Hardware per elaborazione dati			dal punto 71 al punto 80	4	
Condizioni di fornitura, certificazione, installazione, rilevabili dalle voci del Questionario Allegato D.		La data di immissione sul mercato, le certificazioni e conformità, le caratteristiche relative all'installazione, i tempi di consegna, etc. sono gli elementi che determineranno la valutazione di questo parametro.	4	dal punto 1 al punto 11.6	4	E
Garanzia, assistenza tecnica e contratti di manutenzione, formazione del personale, rilevabili dalle voci del Questionario Allegato D.		L'organizzazione dell'assistenza tecnica e la garanzia di un'ampia copertura sono gli elementi che determineranno la valutazione di questo parametro. Saranno valutati tutti gli aspetti migliorativi rispetto alle caratteristiche minimali indicate negli atti di gara. Saranno valutate le caratteristiche del piano di formazione proposto (durata, personale impiegato, strumenti di formazione, ecc.).	10	dal punto 12 al punto 15.8	10	F